

Số: 489/TTYT-DVT&TTYT
V/v mời báo giá trang thiết bị y tế

Sơn Động, ngày 23 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.
Căn cứ nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 02/04/2024 của chủ tịch UBND huyện về việc giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Sơn Động năm 2024 (đợt 2) ;

Trung tâm Y tế huyện Sơn Động có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm trang thiết bị trạm y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, vật tư – TTTYT
- Số điện thoại: 0394404893

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản báo giá /biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duoctbbvds@gmail.com và hangttytsd81@gmail.com

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Mọi thắc mắc liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Khoa Dược-vật

tư, TBYT, Số điện thoại: 03944048934.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 23 tháng 8 năm 2024 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 9 năm 2024.**

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **100 ngày** kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy siêu âm tổng quát (Máy siêu âm xách tay)	<p>Yêu cầu chung: Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị. Điện áp sử dụng: 220-240V, tần số 50/60 Hz Môi trường hoạt động: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 máy Đầu dò Convex : 01 cái Đầu dò Linear : 01 cái Phần mềm đo đạc (tích hợp trong máy): 01 gói. Dây nguồn: 01 cái Gel siêu âm: 01 lọ Giá để đầu dò: 02 chiếc Giá để Gel: 01 chiếc Xe đẩy: 01 chiếc</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu - Màn hình ≥ 15 inch. Điều chỉnh góc: 0- ≥ 30 độ. Độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ Pixel - Số cổng cắm đầu dò hoạt động ≥ 02 cổng - Ổ cứng lưu trữ ≥ 865 GB - Đầu dò Convex :Giải tần ≤ 2.0 MHz đến ≥ 6.0 MHz - Đầu dò Linear : Giải tần ≤ 4.0 MHz đến 16.0 MHz - Chế độ hình ảnh tối thiểu: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ PW - Công nghệ xử lý đa tia - Công nghệ điều hòa mô - Hình ảnh đảo ngược thuần túy - Hình ảnh hợp phức không gian - Hình ảnh hình thang.</p>	Chiếc	02

		<ul style="list-style-type: none"> - Chụp toàn cảnh 2D - DICOM 3.0 -Tự động: Tối ưu hóa tự động cho B / M / PW -Thu phóng - Hiện thị Gallery -Tự động IMT - Hướng dẫn sinh thiết 		
2	Cánh tay bạt	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất năm 2023 trở về sau Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu Kích thước: 2100mm x 500mm x 170mm Chịu trọng tải tối đa ≥ 150kg Toàn bộ khung làm bằng inox</p> <p>Có 4 nút chân cao su cố định</p>	Chiếc	02
3	Bộ dụng cụ tiêu phẫu	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất năm 2023 trở về sau Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng thép không gỉ - 24 chi tiết bao gồm Cán dao số 3 : 01 Chiếc Canyon số 7 : 01 Chiếc Kéo cong nhọn 10cm : 01 Chiếc Kéo thẳng nhọn 10cm : 01 Chiếc Đè lưỡi cong : 01 Chiếc Kẹp răng chuột 16cm : 01 Chiếc Panh thẳng không máu 14cm : 01 Chiếc Panh cong không máu 14cm : 01 Chiếc Kẹp kéo lưỡi : 01 Chiếc Nĩa có máu 16cm : 01 Chiếc Nĩa không máu 16cm : 01 Chiếc Kim mang kim 16cm : 01 Chiếc Kim khâu : 01 vĩ Loa soi tai bộ 3 : 01 bộ Lưỡi dao số 11 : 10 Chiếc Mở miệng chữ T : 01 chiếc Mở mũi người lớn : 01 Chiếc Kéo thẳng nhọn 16cm : 01 Chiếc Parabeuf 12cm : 01 đôi Nĩa nha 16cm : 01 Chiếc 	Bộ	07

		<p>Que thăm : 01 Chiếc Thông lòng máng : 01 Chiếc Troca : 01 Chiếc Hộp chữ nhật 22cm x12,5cm x5cm : 01 Chiếc</p>		
4	Huyết áp đồng hồ	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất năm 2024 Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao</p>	Chiếc	05
5	Ống nghe	<p>Yêu cầu chung: Sản xuất năm 2024 Hàng mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa</p>	Chiếc	05
6	Đèn khám treo trần (Đèn Clar)	<p>Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2023 trở về sau Chất lượng: mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>Yêu cầu cấu hình cung cấp: 01 Đèn đeo đầu chính 04 Cục pin sạc 01 Bộ sạc điện 01 Hướng dẫn sử dụng</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu -Hiệu suất chiếu sáng cao đèn LED (≥ 140 lumen) và tuổi thọ phục vụ của LED ≥ 50.000 giờ - Kiểu băng đeo đầu với ngăn chứa pin gắn sẵn và jack cắm sạc pin bên trong, có thể gắn 4 viên pin sạc AAA (NiMH) -Kích thước gương: đường kính ≥ 55 mm</p>	Chiếc	02
7	Xe tiêm ba tầng	Yêu cầu chung	Chiếc	01

		<ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2024 - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị. <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <p>Dài x rộng x cao: 650mm x 450mm x 900mm Khung xe: Inox hộp 20mm x 20mm Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12$ Mặt bàn: Inox lá dày 0,4 mm, chất liệu inox 430 Bánh xe: Bánh xe nhựa $\Phi 70$ Được chia làm 3 tầng</p>		
8	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2024 - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị. <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1900mm x 650mm x 500mm - Khung giường inox hộp 30mm x 60mm - Mặt giường đệm cốt gỗ bọc giả da dày 10cm. - Chân giường inox ống 31,8mm, giằng chân inox ống 25,4mm. - Có 4 nút chân cao su cố định chân giường 	Chiếc	01
9	Đèn gù	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2024 - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị. <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <p>Nguồn: 220V Công suất: $\geq 25W$ Nhiệt độ màu: 3000+/- 500K Ánh sáng (50cm) $\geq 12000Lux$ Độ bền $\geq 4000h$ Điều chỉnh độ cao: Có . Cao $\geq 1m$</p>	Chiếc	02
10	Bộ dụng cụ khám phụ khoa	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Chất lượng: mới 100% 	Bộ	02

		<p>-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 75x20 cm : 01 chiếc</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 95x 35 cm : 01 chiếc</p> <p>Banh mổ vệt Grave hoặc tương đương, lưỡi khoảng 115 x 35 cm : 01 chiếc</p> <p>Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái</p> <p>Kẹp bông phẫu thuật Foerster không răng, thẳng 25cm: 01 Cái</p> <p>Thước đo cổ tử cung Sims cứng 32cm: 01 Cái</p> <p>Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 320cm x160 cm x70 cm.</p>		
11	Tủ thuốc	<p>Yêu cầu chung</p> <p>- Năm sản xuất: 2024</p> <p>- Chất lượng: mới 100%</p> <p>-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <p>Dài x rộng x cao = 800mm x 400mm x1600mm</p> <p>Làm bằng inox</p> <p>Kính dày 5 mm</p> <p>Có ngăn độc AB</p> <p>- Gồm 2 khoang:</p> <p>+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.</p> <p>+ Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn.</p> <p>- Khung tủ làm bằng inox hộp 25mm x25mm.</p> <p>- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10mm x20mm.</p> <p>- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng .</p> <p>- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA hoặc tương đương</p> <p>- Các chân tủ có đệm cao su.</p>	Chiếc	01
12	Máy châm cứu (máy điện châm)	<p>Yêu cầu chung</p> <p>- Năm sản xuất: 2024</p> <p>- Chất lượng: mới 100%</p> <p>-Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Yêu cầu cấu hình cung cấp</p>	Chiếc	02

		<ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Phụ kiện đi kèm: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người. - Cung cấp liệu pháp trị liệu bằng kim hoặc kích thích điện. - Có ≥ 5 dạng sóng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn. - Tần số xung dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bước sóng từ 0,6ms - Độ nhạy: <ul style="list-style-type: none"> + Độ nhạy 10 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 10 KΩ - 500 KΩ + Độ nhạy 20 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào khoảng 500 KΩ - 1 MΩ - Điện áp cung cấp : DC 9V - Công suất tiêu thụ: $\leq 5W$ 		
13	Tủ sấy	<p>Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2023 trở về sau - Chất lượng: mới 100% - Thời gian bảo hành : ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: 220-230V, tần số 50/60 Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất <p>Yêu cầu tính năng thông số kỹ thuật tối thiểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể tích ≥ 32 lít - Số khay cung cấp: ≥ 1 khay - Khoảng nhiệt độ hoạt động: ≥ 5 độ C đến 300 độ C - Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt hoặc tương đương. - Bộ cài đặt thời gian có thể điều chỉnh từ 1 phút đến ≤ 99 ngày. - Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa. - Cấu trúc lớp vỏ bằng thép - Công suất tiêu thụ: khoảng ≤ 1600 W 	Chiếc	01

Ghi chú:

*Yêu cầu của trung tâm là yêu cầu tối thiểu; các hãng sản xuất, nhà cung cấp khi gửi báo giá phải gửi câu hình báo giá chi tiết (thông số kỹ thuật phải tương đương hoặc tốt hơn)

* Hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất (bản dịch đối với thiết bị y tế nhập khẩu).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, giao hàng tại các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Sơn Động, Địa chỉ: Thị trấn An Châu huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Đào Văn Hải

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /TTYT-DVT&TBYT ngày / /2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động)

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

T	Danh mục thiết bị y tế	Tính năng thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất nước sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	ĐVT	Số lượng/khối lượng ¹	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ¹ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ¹ (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))